

**A CURA DELL'OPERATORE**


Scheda allegata al verbale DRQ01_PGT01 N°	MM/211109/C/01	n° scheda	01
-------------------------------------------	----------------	-----------	----

DATI COMMITTENTE PRODUTTORE E LUOGO DEL CAMPIONAMENTO							
Produttore	Colacem s.p.a. strada provinciale per Corigliano d'Otranto – 73013 Galatina (LE)						
Campionato da	Dott. Manuele Murri						
Procedura di campionamento	Manuale UNICHIM 196/2:2004						
Luogo del campionamento	proprietà Bandello						
Punto di prelievo	rubinetto più vicino al pozzo						
Condizioni ambientali	T (°C)		Pamb (hPa)				
Data campionamento	08/11/21	Ora Inizio	09:15	Ora Fine	09:30		

Firma Campionatore											
DATI DETTAGLIO CAMPIONE											
Tipologia di matrice			APO								
Descrizione del campione			acqua di pozzo di falda profonda - pozzo spia								
Origine/provenienza:			da impianto di raffreddamento								
Deperibilità del campione			Non deperibile								
Stato fisico:		Liquido	Colore:		incolore	Odore:		inodore	Quantità:	5000	ml
N. Aliquota	Quantità	Tipo Contenitore	Condizione del contenitore			N. Aliquota	Quantità	Tipo Contenitore	Condizione del contenitore		
1	5000 ml	vetro				3					
2						4					

Condizioni di trasporto:	refrigerato						
Temperatura di trasporto	T° Min °C	5,8	T° Max °C	17,9	Termometro utilizzato per il trasporto		TMM-4
Parametri determinati sul campo		Temperatura	17,9	pH	7,6	Conducibilità: µS/cm	690
Finalità analisi o parametro richiesto:		solo campionamento					

ACCETTAZIONE CAMPIONE	
NUMERO DI ACCETTAZIONE :	211109-01
Data di arrivo:	08/11/21
Ora di arrivo:	11:00
Contenitore conforme	Si
Temperatura all'arrivo del campione	5,80
Sulla base del controllo dei parametri critici all'accettazione (Quantità minima, Contenitore, Temperatura di trasporto, Foto-sensibilità ecc..) per accertarne l'idoneità all'esecuzione dell'attività sperimentale, secondo quanto concordato con il Committente, il campione :	
E' stato accettato e registrato nell'apposito Registro Campioni	
Non è stato accettato.	
MOTIVAZIONE	
PREPOSTO ALL' ACCETTAZIONE: Dott. Manuele Murri	
FIRMA	



75158 del 12/11/21

GEOSERVIZI DI ROSI S. & C. sas  
Via Flaminia n. 146 - Fraz. Nigali  
Tel. 075.3143830  
06023 GUALDO TADINO (PG)  
Cod. Fisc. e P.IVA: 01212200541