

Scheda di registrazione interventi di manutenzione

Data: 20-12-2022	Cliente: RUGGERI SERVICE	Sito: Muro Leccese (LE)							
Tecnico: A. Fogante	N° contratto:	Modello: Graphite52M S.N.: 765	V. Software: V2.21						
Tipo di intervento: Manutenzione Trimestrale		Numero di intervento: 12/2022							
MANUTENZIONE									
Data	Filtro Sinterizzato	Zero filter	NMHC filter	FID	Capillari	Pompa	Membra na	Altro	
16-03-2022	V	V	n.a.	V	V	V	V	-	
21-06-2022	V	V	n.a.	V	V	V	V	-	
28-09-2022	V	V	n.a.	V	V	V	V	-	
20-12-2022	S	S	n.a.	P	P	M	S	-	
P: Pulizia V: Verifica C: Controllo S: Sostituzione M: Manutenzione A: Allineamento T: Taratura									
DESCRIZIONE INTERVENTO									
Effettuata manutenzione trimestrale ordinaria con verifica di zero e calibrazione con bombola certificata.									
Verifica corretta lettura in aria ambiente sia strumentale che con l'intera linea di prelievo collegata.									
PARAMETRI STRUMENTALI									
Data	Sample press (mbar)	H2 (mbar)	Air (mbar)	Signal zero (mv)	Signal span (mv)	A (pts)	Zero filter (°C)		
16-03-2022	197	696	449	300	927	34	400		
21-06-2022	201	696	447	301	914	39	400		
28-09-2022	199	694	445	299	905	36	400		
20-12-2022	202	698	446	302	952	50	400		
CALIBRAZIONE									
Data	Tipo	U.M.	Zer o	Conc Standard	Conc Letta	K Old	K New	Conc D.C.	Act
16-03-2022	HCT	mg/m3	0.0	60.28	59.34	1.7656	1.7936	60.33	C
21-06-2022	HCT	mg/m3	0.0	60.28	61.63	1.7936	1.7543	60.28	C
28-09-2022	HCT	mg/m3	0.0	60.28	57.83	1.7543	1.8286	60.28	C
20-12-2022	HCT	mg/m3	0.0	60.28	63.81	1.8286	1.7274	60.28	C
C: Calibrazione						V: Verifica			
BOMBOLA DI CALIBRAZIONE									
ELEMENTO		PRESS.RESIDUA		NUMERO		SCADENZA			
CH4-C3H4 50.7-20.3ppm		120 bar		S12230621		05-2024			
Idrogeno 5.5		170 bar		S22201979		/			

FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE
<i>Andrea Fogante</i>	