

BIOSUD S.R.L. - GRUPPO ECOERIDANIA
Riepilogo validità QAL2 UNI EN 14181 su base semioraria

Parametro	Data inizio verifica	Tipo	Range	No. settimane con % superamenti > 5%	No. settimane con % superamenti > 40%	Necessario calibrare
CO	29/11/2024 10.00	QAL2	34.2	2	0	no
Supervisore - COT (tq) (FTIR)	03/04/2023 08.00	QAL2	35.64	0	0	no
Supervisore - COT (tq) (GR)	05/04/2023 08.00	AST	35.64	0	0	no
H2O	28/03/2024 12.00	QAL2	17.12	0	0	no
HCl	28/03/2024 12.00	QAL2	6.67	9	0	dal 18/07/2025
NH3	28/04/2025 12.00	QAL2	28.72	3	0	no
NOx	28/03/2024 12.00	QAL2	122.91	0	0	no
O2	28/03/2024 12.00	QAL2	17.66	0	0	no
POLVERE	03/11/2025 11.00	QAL2	1.35	0	0	no
SO2	29/11/2024 10.00	QAL2	39.92	0	0	no